

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL**

Referentni broj: **D-0058**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>molim Vas za pojašnjenje. U partiji 1 stavke 17 i 18 naveli ste da Vam je potrebno ahatno staklo. Da li ste mislili na sahatno staklo ili je ipak u pitanju ahatno? Ukoliko tražite ahatno staklo zamolila bih za ime proizvođača ili kataloški broj.</p> <p>U partiji 18, stavka 46 naveli ste bocu od 150ml. Da li je prihvatljivo ponuditi bocu od 100ml ili 250ml? Ukoliko ostajete pri zahtevu od 150ml, molim za ime proizvođača ili kataloški broj.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>za stavke 17 i 18 došlo je do tehničke greške u pitanju je Sahatno staklo.</p> <p>U partiji 18, stavka 46 Naručilac ostaje pri svom zahtevu (kataloški broj je 4.652 769(DWK Life Science ili odgovarajući).</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0058</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u partiji 18, stavka 3 naveli ste nastavke za pipetu 100-1000ul, a u opisu ste naveli da su u pitanju žuti nastavci. Nastavci opsega 100-1000ul su plavi, pa molim za ispravku, jer žuti nastavci su opsega do 200ul, da ne bi dolazilo do zabune.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>U partiji 18 za stavku 3 došlo je do tehničke greške u pitanju su plavi nastavci .</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0058</p>