

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL LAB 050**

Referentni broj: **D-0139**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>PARTIJA 2- stavka 1- erlenmajer od 1000 ml, široko ili usko grlo?</p> <p>stavka 3- boca sa autklavijabilnim poklopcem, od 200 ml, može li se ponuditi od 250 ml?</p> <p>PARTIJA 9 - stavka 10- epruvete za centrifugu plastične, da li su sterilne ili nesterilne ?</p> <p>stavka 11, može li se ponuditi kašika-špatula od 125 mm?</p> <p>stavka 12, može li se ponuditi kašika-špatula od 200 mm?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>PARTIJA 2-stavka 1-erlenmajer od 1000 ml sa uskim grlom;</p> <p>-stavka 3-boca sa autklavijabilnim poklopcem može se ponuditi od 250 ml;</p> <p>PARTIJA 9-stavka 10-Epruvete za centrifugu plastične, nesterilne;</p> <p>-stavka 11-Može se ponuditi kašika - špatula od 125 mm;</p> <p>-stavka 12-Može se ponuditi kašika - špatula od 200 mm.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0139</p>

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
---------------	-----------------------

<p>Poštovani,</p> <p>pregledom konkursne dokumentacije primetili smo da niste naveli koliki je rok plaćanja ni u uputstvu ponuđačima ni u opisu kriterijuma . Molimo Vas da precizirate koliki je rok plaćanja.</p> <p>hvala</p>	<p>Poštovani,</p> <p>došlo je do tehničke greške prilikom sačinjavanja konkursne dokumentacije. Naručilac će dopuniti konkursnu dokumentaciju i produžiti rok za podnošenje ponuda.</p> <p>Rok plaćanja je do 30 dana od dana isporuke za sve partije.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0139</p>
<p>PARTIJA 2- stavka 1- erlenmajer od 1000 ml, široko ili usko grlo?</p> <p>stavka 3- boca sa autklavijabilnim poklopcem, od 200 ml, može li se ponuditi od 250 ml?</p> <p>PARTIJA 9 - stavka 10- epruvete za centrifugu plastične, da li su sterilne ili nesterilne ?</p> <p>stavka 11, može li se ponuditi kašika-špatula od 125 mm?</p> <p>stavka 12, može li se ponuditi kašika-špatula od 200 mm?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>PARTIJA 2-stavka 1-erlenmajer od 1000 ml sa uskim grlom;</p> <p>-stavka 3-boca sa autklavijabilnim poklopcem može se ponuditi od 250 ml;</p> <p>PARTIJA 9-stavka 10-Epruvete za centrifugu plastične, nesterilne;</p> <p>-stavka 11-Može se ponuditi kašika - špatula od 125 mm;</p> <p>-stavka 12-Može se ponuditi kašika - špatula od 200 mm.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0139</p>