

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka opreme za naučnoistraživački rad**

Referentni broj: **D-0058**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Postovani, da li su u konkursnoj dokumentaciji navedene minimalne karakteristike koje uređaji trebaju da zadovoljavaju, tj. da li je odgovarajuće ponuditi uređaje boljih performansi od traženih konkursnom dokumentacijom.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>oprema za naučnoistraživački rad je potrebno da zadovolji karakteristike obuhvaćene tehničkom specifikacijom.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0058/2020</p>
<p>Postovani, u specifikacijama uređaja ste naveli da je potrebno dostaviti tehnicke karakteristike na sopstvenom memorandumu. Da li treba na memorandumu izdvojiti delove specifikacije koji se odnose na traženo konkursnom dokumentacijom ili je potrebno kompletnu specifikaciju uređaja priložiti. Da li se karakteristike na memorandumu dostavljaju na srpskom jeziku ili je odgovarajuće dostaviti i na engleskom jeziku.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>potrebno je priložiti kompletnu specifikaciju uređaja. Karakteristike je odgovarajuće dostaviti i na engleskom jeziku.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0058/2020</p>
<p>Poštovani, u priloženoj dokumentaciji za Partiju 13, obrazac strukture cene se ne poklapa sa specifikacijom za navedenu partiju.</p> <p>Molimo za ispravku.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za podnošenje ponuda.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0058/2020</p>
<p>Poštovani, u priloženoj dokumentaciji JN D-0058/2020 za Partiju 11, navodite da je potrebno ponuditi:</p> <p>“Manuelna multikanalna mikropipeta Gilson®, ili kompatibilna, oseg volumena 2-20 µl, sa test nastavcima. – UZORCI NA UVID“</p>	<p>Poštovani</p> <p>- Potražujemo 8-kanalnu mikropipetu.</p>

<p>Molimo Vas pojasnite, da li je potrebno ponuditi 8 ili 12-kanalnu pipetu.</p> <p>Ukoliko nudimo original Gilson® pipetu, zašto je potrebno dostaviti uzorke na uvid?</p> <p>Kada zahtevate uzorke na uvid, da li mislite na uzorke nastavaka ili je potrebno dostaviti i pipetu na uvid?</p> <p>Molimo Vas da pojasnite, koje parametre treba da zadovolji kompatibilna pipeta?</p>	<p>- Navedenu opremu (mikropipeta) smo tražili na uvid radi testiranja iste, ukoliko ponudjač nudi kompatibilnu mikropipetu Gilson pipeti kako bismo proverili da li odgovara našem potrošnom materijalu koji koristimo.</p> <p>- Što se tiče kompatibilnog modela neophodno je da ima sve performanse koje ima i Gilson mikropipeta.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0058/2020</p>
<p>Poštovani, kako se u konkursnoj dokumentaciji partija nalaze obrasci Modela ugovora, dok se u uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, Model ugovora ne zahteva, kao i da na Portalu nije predviđeno mesto za dodavanje istog, molimo Vas potvrdite da nije potrebno dostavljati popunjene Modele ugovora za partije za koje se podnose ponude.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>potrebno je da prilikom sačinjavanja obrasca ponude obeležite da ste upoznati sa sadržinom i da prihvatate model ugovora, za svaku partiju za koju podnosite ponudu.</p> <p>Zahvaljujemo Vam se na interesovanju i pozdravljamo Vas.</p> <p>Komisija za JN D-0058/2020</p>