

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Nabavka UV/Vis spektrofotometra

Referentni broj: D-0027

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>U tehničkoj specifikaciji: UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR traženo je sledeće: „ Stabilnost ± 0.002 A/h na 500 nm“</p> <p>Da li je moguće ponuditi uređaj sa preciznjom vrednošću stabilnosti ali merenu na drugoj talasnoj dužini. Svaki proizvođač ovu karakteristiku definiše na različitoj talasnoj dužini?</p> <p>Da li će biti prihvatljivo ponuditi uređaj čija je stabilnost ± 0.0003 Abs/h na 700 nm</p> <p>Predložena minimalna izmena ne utiče na kvalitet analize i performanse instrumenta u svakodnevnom radu, a omogućava učestvovanje većeg broja ponuđača u postupku javne nabavke.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je ponuditi navedeno.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>
<p>U tehničkoj specifikaciji: UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR traženo je sledeće: „ Automatski držač kivete od 10 mm sa 8 mesta i držač sa 4 mesta za kivete od 10 mm“</p> <p>Poštovani da li je moguće ponuditi dva odgovarajuća automatska držača za kivete sa po 6 mesta za kivete 10x10 mm</p> <p>U praksi dobijate dva držača sa jednakim brojem mesta za kivete od 10 mm (ukupno 12).</p> <p>Predložena minimalna izmena ne utiče na kvalitet analize i performanse instrumenta u svakodnevnom radu, a omogućava učestvovanje većeg broja ponuđača u postupku javne nabavke.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je ponuditi navedeno.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>
<p>Poštovani da li je prihvatljivo ponuditi uređaj boljih karakteristika sa vrednostima za Fotometrijsku tačnost i Fotometrijsku ponovljivost izraženu u Abs?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Prihvatljivo je ponuditi navedeno.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>

<p>Postovani,</p> <p>obracam Vam se u vezi nabavke UV/VIS spektrofotometra. Da li je odgovarajuce ponuditi uredjaj boljih performansi od trazenih? U konkursnoj dokumentaciji ste trazili LCD ekran, da li je odgovarajuce ponuditi LCD Touch Screen displej? S obzirom da ste trazili i izlaz za stampac, molimo za pojasnjenje, jer ste takodje naveli da se uredjaj isporucuje sa softverom preko koga se analize mogu cuvati i stampati sa racunara? Da li je neophodno da uredjaj ima i izlaz za stampac? Takodje nam je potrebna potvrda da li uredjaj treba isporučiti sa dva nosaca (sa 8 mesta i sa 4 mesta) obzirom da se u oba stavljuju kivete od 10mm i da u nosac od 8 mesta staju i 4 kivete?</p>	<p>Poštovani,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prihvatljivo je ponuditi uredjaj boljih performansi od zahtevanih. - Prihvatljivo je ponuditi LCD Touch Screen displej. - Uredjaj ne mora da ima izlaz za štampač ali mora postojati opcija da se podaci i spektri stampaju sa računara. - Da, neophodno je isporučiti uredjaj sa dva nosača. <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>
<p>Poštovani,</p> <p>U tenderskoj dokumentaciji ste naveli da je potrebno dostaviti referent listu minimum 7 prodatih aparata u poslednje 3 godine. Razumemo da želite pouzdanog ponuđača u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta, ali smatramo da je ovim uslovom povređeno pravo jednakosti i načelo obezbeđenja konkurenčije i zabrane diskriminacije. Budući da smo firma koja je osnovana pre dve godine i da na žalost traženu referent listu 7 prodatih aparata nismo u mogućnosti da dostavimo, molimo Vas da ovaj uslov uklonite ili nam dozvolite da dostavimo referent listu proizvođača. Ovlašćeni smo zastupnici renomiranog proizvođača opreme za spektroskopiju koji se može smatrati jednim od pionira u ovoj oblasti i možemo da ponudimo dobro koje zadovoljava sve tražene tehničke karakteristike. Proizvođač koga zastupamo pruža naučno-istraživačkoj zajednici pouzdane instrumente odličnih optičkih performansi već 60 godina. Obučeni smo i sertifikovani za obavljanje poslova instalacije, servisa i održavanja, što možemo dokazati sertifikatom servisera, koji iza sebe imaju višegodišnje praktično iskustvo u radu sa ovim instrumentima.</p> <p>Srdačan pozdrav.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac će prihvatiti i referentnu listu prodatih uređaja od strane proizvođača ponuđenog uređaja. Neophodno je dostaviti referentnu listu sa iznosima, datumima i nazivima korisnika/kupaca.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas, Komisija za JN D-0027</p>